ZP/381-255/20 Lublin, 07.09.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu medycznego i inkubatora zamkniętego (nr sprawy 34/20)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie godziny składania ofert na godzinę 12:00?
   Informuję, że godzina wyznaczona przez Państwa może spowodować spóźnienie dostarczenia ofert wykonawców przez kurierów. Niestety nie mamy wpływu na pracę Poczty Polskiej a kurierzy bardzo często nie dotrzymują terminu i godziny gwarantowanej.
   Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert do godz. 12:30.

2. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia w pierwszym kwartale roku 2021 ?
   Wyjaśniamy, iż europejska sytuacja związana z COVID 19 bardzo się skomplikowała, powodując duże opóźnienia w produkcji samochodów bazowych.
   Odpowiedź: Nie.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na odbiór Ambulansu w miejscu jego wykonania ?
   Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści Ambulans o wymiarach przedziału medycznego wys. 1800 cm; szer. 1640 cm; dł. 2600 cm?
   Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści podgrzewana przednia szybę za pomocą elektrycznej dmuchawy?
   Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści instalację panelu sterującego w przedziale medycznym w bardziej ergonomicznym miejscu niż sufit? Wyjaśniamy, iż standardowym miejscem instalacji paneli sterowniczych jest prawa ściana.
   Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania zastosowania paneli sterowniczych spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego ale znacznie funkcjonalniejsze?
   Odpowiedź: Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści nosze wyposażone w dedykowaną torbę na zestaw tlenowy? Torba ma możliwość zawieszenie na ramie noszy, łóżka, mieści butlę 2,7 l, przewody, maski, a nawet respirator transportowy.
   Odpowiedź: Tak.

9. Czy zamawiający dopuści standardowe krzesełko transportowe S-242 z czterema kółkami w tym dwoma obrotowymi 360 stopni, z trzema pasami, regulowanymi uchwytami do przenoszenia. Informujemy ze krzesełko to jest w standardowym wyposażeniu Ambulansów (S); (P) i (T) i doskonale sprawdza się do transportu.
   Odpowiedź: Tak.

10. Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans dostarczony był z kompletem czterech kół zimowych – opona zimowa oraz felga stalowa?
    Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans wyposażony był w przepływomierz ścienny AGA 0-15 l/min.?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia, dostawę 60 dni po podpisaniu umowy?
    Odpowiedź: Zamawiający zmienia w trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia termin realizacji zamówienia do 90 dni (szczegółowa zmiana na końcu niniejszego dokumentu).

13. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia, dostawę 90 dni po podpisaniu umowy?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia w trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia termin realizacji zamówienia do 90 dni (szczegółowa zmiana na końcu niniejszego dokumentu).

14. Zamawiający życzy sobie dostarczenia w punkcie VII 94 „schematu elektrycznego" – bardzo proszę o wskazanie czy schemat elektryczny ma dotyczyć zabudowy medycznej czy pojazdu bazowego?
Odpowiedź: Schemat elektryczny ma dotyczyć zabudowy medycznej.

15. Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie godziny składania ofert na godzinę 12:00?
Informuję, że godzina wyznaczona przez Państwa może spowodować spóźnienie dostarczenia ofert wykonawców przez kurierów. Niestety nie mamy wpływu na pracę Poczty Polskiej a kurierzy bardzo często nie dotrzymują terminu i godziny gwarantowanej.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert do godz. 12:30.

16. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia w pierwszym kwartale roku 2021 ?
Wyjaśniamy, iż europejska sytuacja związana z COVID 19 bardzo się skomplikowała, powodując duże opóźnienia w produkcji samochodów bazowych.
Odpowiedź: Nie.

17. Czy Zamawiający zgodzi się na odbiór Ambulansu w miejscu jego wykonania ?
Odpowiedź: Nie.

18. Czy Zamawiający dopuści Ambulans o wymiarach przedziału medycznego wys. 1850 cm; szer. 1730 cm; dł. 3100 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ambulans o wymiarach wys. 1,85 m, szer.1,73m, dł. 3,1 m.
Dodatkowo Zamawiający zmienia pkt. 3, 4 i 5 tabeli z Załącznika nr 7 (Opis przedmiotu zamówienia) i nadaje mu brzmienie:

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE	Punktacja	Oferowane parametry (opisać) Wypełnia wykonawca
3.	Wysokość przedziału medycznego **min.**1,75 m (podać).	TAK, podać		
4.	Długość przedziału medycznego **min.** 3,10 m (podać).	TAK, podać		
5.	Szerokość przedziału medycznego **min.** 1,70 m (podać).	TAK, podać		

19. Czy Zamawiający dopuści podgrzewana przednia szybę za pomocą elektrycznej dmuchawy?
Odpowiedź: Tak.

20. Czy Zamawiający dopuści instalację panelu sterującego w przedziale medycznym w bardziej ergonomicznym miejscu niż sufit? Wyjaśniamy, iż standardowym miejscem instalacji paneli sterowniczych jest prawa ściana.
Odpowiedź: Tak.

21. Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania zastosowania paneli sterowniczych spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego ale znacznie funkcjonalniejsze?
Odpowiedź: Tak.

22. Czy Zamawiający dopuści nosze wyposażone w dedykowaną torbę na zestaw tlenowy? Torba ma możliwość zawieszenie na ramie noszy, łóżka, mieści butlę 2,7 l, przewody, maski, a nawet respirator transportowy.
Odpowiedź: Tak.

23. Czy zamawiający dopuści standardowe krzesełko transportowe S-242 z czterema kółkami w tym dwoma obrotowymi 360 stopni, z trzema pasami, regulowanymi uchwytami do przenoszenia. Informujemy ze krzesełko to jest w standardowym wyposażeniu Ambulansów (S); (P) i (T) i doskonale sprawdza się do transportu.
Odpowiedź: Tak.

24. Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans dostarczony był z kompletem czterech kół zimowych – opona zimowa oraz felga stalowa?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

25. Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans wyposażony był w przepływomierz ścienny AGA 0-15 l/min.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia, dostawę 60 dni po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia termin realizacji zamówienia do 90 dni (szczegółowa zmiana na końcu niniejszego dokumentu).

27. Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia, dostawę 90 dni po podpisaniu umowy?
    Odpowiedź: Zamawiający zmienia w trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia termin realizacji zamówienia do 90 dni (szczegółowa zmiana na końcu niniejszego dokumentu).

28. Zamawiający życzy sobie dostarczenia w punkcie VII 94 „schematu elektrycznego" – bardzo proszę o wskazanie czy schemat elektryczny ma dotyczyć zabudowy medycznej czy pojazdu bazowego?
    Odpowiedź: Schemat elektryczny ma dotyczyć zabudowy medycznej.

29. Czy Zamawiający wymaga radioodbiornika z zestawem BT ? Wyjaśniamy, iż jest to standard wyposażenia.
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający wymaga Ambulansu z czujnikami światła, zmierzchu, deszczu?
    Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

31. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę gabaryty Ambulansu wymaga dwóch drzwi przesuwnych, za lewymi miejsce na butle, torby, wyposażenie, deskę ortopedyczną? Wyjaśniamy, że jest to standardowa zabudowa Ambulansów o żądanych gabarytach.
    Odpowiedź: Tak.

32. W związku z przestojem w fabrykach pojazdów bazowych prosimy o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia do 90 dni.
    Odpowiedź: Zamawiający zmienia w trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia termin realizacji zamówienia do 90 dni (szczegółowa zmiana na końcu niniejszego dokumentu).

33. Prosimy o zmianę terminu składania ofert z godz. 08:30 na godz. 9:00 co ułatwi złożenie oferty przez operatorów pocztowych.
    Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert do godz. 12:30.

34. W związku z tym, że sprzęt medyczny objęty jest 8% stawką VAT a ambulans wraz z zabudową 23% stawką VAT, prosimy o zmianę formularza cenowego umożliwiającego podanie prawidłowej stawki dla poszczególnych przedmiatów Zamówienia.
    Odpowiedź:
    Zamawiający wyjaśnia, że formularz kosztorysu ofertowego można rozszerzać. Poniżej przykład:

WZÓR FORMULARZA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Zadanie nr ……

Lp.	Asortyment	Producent/ model/typ	Ilość	Cena netto jednostkowa	Stawka VAT	Cena brutto jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
			A	B	C	D – cena jedn. netto powiększona o podatek Vat	E=AxB	F – Wart. netto powiększona o podatek Vat
								Razem wartość całkowita brutto ……

35. Dotyczy §4 punkt 1 b. Prosimy o zmianę wysokości kar za opóźnienie w dostawie z 0,5% na 0,2% za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu.
    Odpowiedź: Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 zmienia treść § 4 ust. 1 lit. c) z załącznika nr 3a (wzór umowy – zad. 1) i nadaje mu brzmienie:
    „1. Za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary w następujących wypadkach i w wysokości:

c) w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy;"

36. Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans ze stałą przegrodą działową wyposażoną w okno do kontaktu zgodnie z punktem 4.4.4 normy PN EN 1789+A2.
    Odpowiedź: Nie.

37. Prosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego wyposażonego w silnik o mocy 140 KM i momencie obrotowym 330 Nm.
    Odpowiedź: Tak.

38. Prosimy o dopuszczenie miejsca montażu krzesełka kardiologicznego w tylnej części ściany prawej.
    Odpowiedź: Tak.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie:

1) rozdz. IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia:

   „I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   Termin wykonania zamówienia wynosi:
   Zadanie 1: max. 90 dni od dnia podpisania umowy.
   Zadanie 2: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

   UWAGA!
   Dot. zad. 1 – termin wykonania zamówienia stanowi **kryterium oceny ofert**, zgodnie z rozdziałem XV.

2) Rozdz. I SIWZ – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – Zadanie 1:

   Zmienione brzmienie rozdz. XV, Zadanie 1

   „ZADANIE 1:
   Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami:

   1. *Cena – 60 %*
   2. *Gwarancja – 20 %*
   3. *Termin wykonania – 20 %*

   Ad. 1. CENA

$$cena = \frac{\text{najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{cena oferty liczonej (brutto)}} \text{ x waga procentowa x 100}$$

   Przy przeliczaniu oceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie ze wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru oferent może otrzymać max. 60 pkt.

   Ad. 2. GWARANCJA

$$gwarancja = \frac{\text{ilość punktów uzyskana za gwarancję w badanej ofercie}}{\text{największa ilość punktów uzyskana za gwarancję spośród wszystkich ofert nieodrzuconych}} \text{ x waga procentowa x 100}$$

   dot. kryterium nr 2:
   - *w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru Wykonawca może otrzymać do 20 pkt.,*
   - *w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze liczby miesięcy Zamawiający uzna, że gwarancji wynosi 24 miesiące i wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt.,*
   - *w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wymagane minimum otrzyma 0 pkt. w kryterium gwarancja,*

- *Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy miesiąc ponad wymagane minimum, maksymalnie można otrzymać 108 pkt. (3 x 36) za gwarancję wynoszącą 60 miesięcy i więcej w pozycji 48, 49 i 51 zadania nr 1 w zał. nr 7. Ilość punktów zostanie podstawiona do powyższego wzoru podstawi,*
- *Wykonawca zobowiązany jest do podania pełnych miesięcy gwarancji, w przeciwnym wypadku Zamawiający zaokrągli gwarancję do pełnych miesięcy w dół.*

Ad. 3. TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania	*Liczba punktów*
90 dni	*0 pkt.*
80-89 dni	*5 pkt.*
70-79 dni	*10 pkt.*
60-69 dni	*15 pkt.*
50-59 dni	*20 pkt.*

dot. kryterium nr 3:
- *w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru Wykonawca może otrzymać max. 20 pkt.,*
- *Zamawiający przyzna punkty zgodnie z powyższym zestawieniem,*
- *w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania (liczby dni) Zamawiający uzna, że termin wykonania wynosi 90 dni i Wykonawca otrzyma 0 pkt.,*
- *Wykonawca zobowiązany jest do podania pełnych dni terminu wykonania, w przeciwnym wypadku Zamawiający zaokrągli termin wykonania do pełnych dni w górę.*

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (za kryteria cena, gwarancja i termin wykonania) zostanie uznana za najkorzystniejszą."

3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, pkt. 2:

Nowe brzmienie pkt. 2:

„2. Termin wykonania zamówienia w zakresie zadania 1 wynosi: …….. dni (max. 90 dni)."

4) terminu składania i otwarcia ofert:

a) Rozdz. XIII, pkt. 1:

„*Termin składania: nie później niż do* ***10.09.2020r.***, ***do godz. 12:30***"

b) Rozdz. XIII, pkt. 2:

„Termin otwarcia: ***10.09.2020r., godz. 13:00"***

c) Rozdz. XI pkt. B ppkt. 1 Sposób składania ofert:

*„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego na adres podany w rozdziale XIII, powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenia: „****OFERTA W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO I INKUBATORA ZAMKNIĘTEGO (znak sprawy 34/20)" oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 10.09.2020 r., GODZ. 13:00****." "*

d) Rozdział X pkt. 1

„*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia* ***09.10.2020r."***

Sekretarz Komisji Przetargowej

Katarzyna Dybała-Burs