

## ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

### Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę szybkiego Testu Antygenowego - Covid 19

#### **I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę szybkiego Testu Antygenowego - Covid 19 jako najkorzystniejsza została uznana oferta:

#### **BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice**

Cena ofertowa brutto: 299 850,00 zł

#### **II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty**

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, iż wyżej wskazanym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

LP.	Nazwa wykonawcy	Cena	Termin dostawy
1.	<b>BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice</b>	299 850,00 zł	2 dni
2.	<b>BISAF Sp. z o.o. ul. Rdestowa 5, 54-530 Wrocław</b>	105 000,00 zł	2 dni
3.	<b>PPHU BOR POL Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice</b>	315 000,00 zł	2 dni
4.	<b>BS GROUP Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58 lok. 12, 00-545 Warszawa</b>	253 500,00 zł	2 dni
5.	<b>BATIST Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25, 40-486 Katowice</b>	86 250,00 zł	2 dni
6.	<b>POINTE Scientific Polska Sp. z o.o. ul. Śródziemnomorska 11/10, 02-758 Warszawa</b>	97 500,00 zł	2 dni
7.	<b>CENTRUM DIABETOLOGII Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa</b>	359 850,00	2 dni
8.	<b>PPHU Mariusz Prais ul. Górowska 32, 64-100 Leszno</b>	Oferta złożona po upływie terminu na składanie ofert	-

#### **III. Oferty odrzucone**

Z postępowania odrzucone następujące oferty:

##### **1. BISAF Sp. z o.o., ul. Rdestowa 5, 54-530 Wrocław**

Uzasadnienie: Zamawiający w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej określił wymagania by testy cechowały się brakiem konieczności wyjmowania wymazówki z próbki z próbki ekstrakcyjnej. W złożonej ofercie w zaproponowanym przez Wykonawcę teście wymazówka wymaga wyjęcia próbki z próbki ekstrakcyjnej. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. IX ust. 7 lit d Zaproszenia do złożenia ofert została odrzucona jako

oferta niezgodna z Opisem przedmiotu zamówienia tj. niespełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaprośzeniu.

**2. BS GROUP Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58 lok. 12, 00-545 Warszawa**

Uzasadnienie: Zamawiający w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej określił wymagania by testy dawały możliwość pobrania wymazu nie tylko z nosa ale również z nosogardła. W złożonej ofercie zaproponowany przez Wykonawcę test daje możliwość pobrania wymazu wyłącznie z nosa. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. IX ust. 7 lit d Zaprośzenia do złożenia ofert została odrzucona jako oferta niezgodna z Opisem przedmiotu zamówienia tj. niespełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaprośzeniu.

**3. BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolisty 25, 40-486 Katowice**

Uzasadnienie: Zamawiający w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej określił wymagania by testy dawały możliwość pobrania wymazu nie tylko z nosa ale również z nosogardła. W złożonej ofercie zaproponowany przez Wykonawcę test daje możliwość pobrania wymazu wyłącznie z nosa. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. IX ust. 7 lit d Zaprośzenia do złożenia ofert została odrzucona jako oferta niezgodna z Opisem przedmiotu zamówienia tj. niespełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaprośzeniu.

**4. POINTE Scientific Polska Sp. z o.o., ul. Śródziemnomorska 11/10, 02-758 Warszawa**

Uzasadnienie: Zamawiający w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej określił wymagania by testy dawały możliwość pobrania wymazu nie tylko z nosa ale również z nosogardła. W złożonej ofercie zaproponowany przez Wykonawcę test daje możliwość pobrania wymazu wyłącznie z nosa. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. IX ust. 7 lit d Zaprośzenia do złożenia ofert została odrzucona jako oferta niezgodna z Opisem przedmiotu zamówienia tj. niespełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaprośzeniu.

**5. PPHU Mariusz Prais, ul. Górska 32, 64-100 Leszno**

Uzasadnienie: Zamawiający w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej określił, iż ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 29 listopada 2021 roku do godz. 11:00 na adres e-mail: zaopatrzenie@uszd.lublin.pl. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył ofertę po upływie terminu składania ofert tj. 29 listopada 2021 roku o godz. 11:02. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. IX ust. 7 lit a Zaprośzenia do złożenia ofert została odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

*Dyrektor Uniwersyteckiego  
Szpitala Dziecięcego w Lublinie  
/-/ Ryszard Śmiech*