

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dot. zapytania ofertowego z dnia 27.01.2022r. na dostawę półmasek medycznych i kombinezonów ochronnych**

**Pytanie nr 1: dot. poz. 1 i 2.**

*Podczas pandemii maseczki używane w placówkach medycznych powinny stanowić ochronę zarówno dla użytkownika jak i dla pacjenta jednak takich wymogów nie spełniają maski z zaworem oddechowym ponieważ wydychane powietrze nie jest filtrowane. Maski z zaworem oddechowym nie stanowią ochrony pasywno-aktywnej, służą tylko do ochrony użytkownika.*

*Czy w związku z powyższym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający wymaga, aby półmaski filtrujące FFP3 oraz FFP2 nie posiadały zaworu oddechowego i były zgodne normą PN – EN 149+A1:2010 – dotyczącą klasy filtracji cząstek stałych i aerozoli oraz normą EN 14683:2019+AC:2019 – dotyczącą filtracji bakteryjnej i czystości mikrobiologicznej?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje półmaski FFP3 z zaworem oddechowym

**Pytanie nr 2: dot. poz. 1 i 2.**

*Czy Zamawiający w celu ochrony nosa, a co ważniejsze zapewnienia ścisłego przylegania maseczki do twarzy, co gwarantuje większą szczelność i zapobiega parowaniu okularów podczas użytkowania, wymaga aby regulowane usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę, a gumki były łączone klipsem, co eliminuje ucisk uszu oraz poprawia właściwości filtracyjne.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby półmaski miały dodatkową piankową uszczelkę.

**Pytanie nr 3: dot. poz. 1 i 2.**

*Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa wymaga, aby każda maska była pakowana indywidualnie, dla zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby każda maska pakowana była oddzielnie.