

Lublin, dn. 15 lutego 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot. zapytania ofertowego z dnia 10 lutego 2022 r. na dostawę szybkiego testu antygenowego – COVID- 19 przeprowadzonego na materiale pobranym z wymazu z nosogardzieli (nr sprawy: 16/22)

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający poniżej przekazuje treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający wymaga testu posiadającego status EUL WHO oraz przedłożenia wraz z ofertą oryginalnej metodyki wraz z tłumaczeniem zgodnej z raportem EUL WHO?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 2:

Czy w celu zapewnienia najwyższej jakości dostaw, ich ciągłości oraz najnowszych wersji testów Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą autoryzacji producenta do sprzedaży na terenie Polski?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu, który posiada udokumentowany brak wpływu mutacji (szczególnie Omikron, Mu, Delta) na wynik testu i przedłożenia stosownego dokumentu producenta z tłumaczeniem wraz z ofertą?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 4:

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w którym nie ma konieczności obracania probówki „do góry dnem” w celu wykonania badania?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę test pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wymaga testu dla którego została przeprowadzona ocena parametrów klinicznych dla osób bezobjawowych, znajdująca potwierdzenie w metodyce wykonania testu na minimum 400 osobach bezobjawowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu łamiącej się wymazówki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w Zaproszeniu do składania ofert.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwustronnie zakręcanej próbki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w Zaproszeniu do składania ofert.

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbiorczego buforu ekstarkcyjnego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zbiorczego buforu ekstrakcyjnego pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie giętkich, sterylnych wymazówek do nosogardzieli, których według procedury ekstrakcji materiału po wymazie nie pozostawia się w próbówce ekstrakcyjnej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę testu. Zamawiający oczekuje testu, który w sposób optymalny minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania zakażenia.

PYTANIE NR 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego jako oddzielny produkt z osobnym numerem katalogowym, będący produktem tego samego producenta (zgodny z załączoną metodyką)?

Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z kontroli negatywnej i pozytywnej. Czy zamawiający tym samym wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym z oferowanym materiałem kontrolnym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę testu. Zamawiający oczekuje, iż wykonanie testów nie wymaga dodatkowych czynności.

PYTANIE NR 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów diagnostycznych, które posiadają próbówki ekstrakcyjne zakręcane jednostronnie z odpipetowanym, buforem ekstrakcyjnym (brak konieczności rozdzielania go z opakowania zbiorczego)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w Zaproszeniu do składania ofert.

PYTANIE NR 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego wynik można odczytać już po 15 minutach, jednak maksymalny czas, który producent zaleca do odczytania wyniku to 30 minut?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia określił wymóg: „Wynik badania dostępny jest już po 15 do 30 minutach”

PYTANIE NR 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu, który jako pierwszy został wpisany na listę rekomendacyjną WHO, posiada czułość powyżej: 96 %, specyficzność powyżej 99 %, wszystkie materiały do wykonania badania zawarte są w zestawie, a wymaz pobiera się z nosogardzieli?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż ocena ofert jest dokonywana po upływie terminu na składanie ofert, Zamawiający nie dokonuje oceny przed tym terminem.

PYTANIE NR 14:

Czy Zamawiający dopuści testy zgodnie z załączoną metodyką?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż ocena ofert jest dokonywana po upływie terminu na składanie ofert, Zamawiający nie dokonuje oceny przed tym terminem.

PYTANIE NR 15:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w przypadku gdy Wykonawca zawarł umowę z Zamawiającym na dostawę oferowanych testów i Zamawiający jest w ich posiadaniu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w celu realizowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbki przez Wykonawcę z którym Zamawiający zawarł wcześniej umowę.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem
/.../ Sylwia Brzezińska