

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę testu antygenowego - COVID 19 przeprowadzonego na materiale pobranym z wymazu z nosogardzieli (znak sprawy 16/22)

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę testu antygenowego - COVID 19 przeprowadzonego na materiale pobranym z wymazu z nosogardzieli jako najkorzystniejsza została uznana oferta:

BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice

Cena ofertowa brutto: 284 850,00 zł

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, iż wyżej wskazanym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

LP.	Nazwa wykonawcy	Cena	Termin dostawy
1.	BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice	284 850,00 zł	2 dni
2.	BS GROUP Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58 lok. 12, 00-545 Warszawa	Oferta odrzucona	
3.	BIOLIM Paulina Lemańczyk ul. Abrahama 68/4, 81-393 Gdynia	Oferta odrzucona	
4.	PRAISTON Sp. z o.o. ul. Górowska 32, 64-100 Leszno	Oferta odrzucona	
5.	P.P.H.U. Bor-Pol Mariusz Borkowski Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice	Oferta odrzucona	

III. Oferty odrzucone

Z postępowania odrzucone następujące oferty:

1) BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68/4, 81-393 Gdynia

Uzasadnienie:

Zamawiający w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w pkt. V określił, iż do oferty należy dołączyć próbkę zestawu testowego. Wykonawca nie przedłożył wymaganej próbki. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. X ust. 7 lit c Zaproszenia do złożenia ofert została odrzucona z uwagi na to, iż Wykonawca nie przedłożył wymaganych w Zaproszeniu próbek.

2) BS GROUP Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58 lok. 12, 00-545 Warszawa

Uzasadnienie:

Zamawiający w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej określił wymagania by testy wyposażone były w dwustronnie zakręcane próbki ekstrakcyjne. W złożonej ofercie w zaproponowanym przez

Wykonawcę teście próbówka jest zakreślana jednostronnie. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. X ust. 7 lit d Zaprośnienia do złożenia ofert została odrzucona jako oferta niezgodna z Opisem przedmiotu zamówienia tj. niespełniająca wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaprośnieniu.

3) PRAISTON Sp. z o.o., ul. Górowska 32, 64-100 Leszno

Uzasadnienie:

Zamawiający w Zaprośnieniu do złożenia oferty cenowej w Pkt. V określił, iż do oferty należy dołączyć próbkę zestawu testowego. Wykonawca nie przedłożył wymaganej próbki. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. X ust. 7 lit c Zaprośnienia do złożenia ofert została odrzucona z uwagi na to, iż Wykonawca nie przedłożył wymaganych w Zaprośnieniu próbek.

4) P.P.H.U. Bor-Pol Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice

Uzasadnienie:

Zamawiający w Zaprośnieniu do złożenia oferty cenowej w Pkt. V określił, iż do oferty należy dołączyć próbkę zestawu testowego. Wykonawca nie przedłożył wymaganej próbki. Mając powyższe na uwadze, oferta zgodnie z pkt. X ust. 7 lit c Zaprośnienia do złożenia ofert została odrzucona z uwagi na to, iż Wykonawca nie przedłożył wymaganych w Zaprośnieniu próbek.

*Dyrektor Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Lublinie
/-/ Ryszard Śmiech*