Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Zespół Zamówień Publicznych
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel./fax 81 71 85 125
www.uszd.lublin.pl zp@uszd.lublin.pl

ZP/381-318/20

Lublin, dn. 02.09.2020 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pomp insulinowych (nr sprawy 48/20)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

1.Czy zamawiający w zadaniu drugim w pkt. 36 parametr dotyczący " Glukometr w postaci pilota do zdalnego sterowania,, rozumie jako glukometr, który jednocześnie po zmierzeniu poziomu glikemii przez pacjenta przesyła automatycznie dane do pompy, co pozwala na kalibrację zintegrowanego systemy ciągłego monitoringu glikemii oraz umożliwia wykorzystanie parametru pomiarowego do podania jednego z kilku bolusów poprzez wbudowany kalkulator bolusa.?
Odpowiedź: Tak.
2.
Czy Zamawiający wyraża zgodę i zrezygnuje z zapisu w SIWZ "Zestawienie parametrów" w zadaniu drugim pkt. 40 i 41. Dostarczenie odpowiednio transmiterów i sensorów, 1 transmiter na 10 pomp oraz 1 sensora na transmiter i usunie ten zapis z załącznika.
Informujemy, iż w dniu 31.01.2018 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 281) zostało opublikowane Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych między innymi o produkty diabetologiczne takie jak: sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)
Odpowiedź: Nie.
3.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wymagane w SIWZ w zadaniu drugim, pkt 46. szkolenia z obsługi technicznej pomp przeprowadzane były na zlecenie Wykonawcy przez personel Zamawiającego (tj. przez pielęgniarki, będące edukatorami diabetologicznymi)? Szkolenia przeprowadzane byłyby za wynagrodzeniem i poza godzinami pracy pielęgniarek?
Odpowiedź: Tak.

Mirosław Orgasiński

Specjalista
d/s zamówień publicznych
mgr Mirosław Orgasiński